



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۱۱۰

آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲

| #  | Test                       | Your Result | Target | %CV   | SDI   | %Dev   |                        |
|----|----------------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|
| ۱  | Glucose ( mg/dl )          | ۱۱۳         | ۱۰۵.۰۶ | ۵.۳۴  | ۱.۲۶  | ۷.۵۶%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲  | Urea ( mg/dl )             | ۴۶          | ۴۴.۹۰  | ۶.۶۲  | ۰.۴۳  | ۲.۴۴%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۳  | Uric Acid ( mg/dl )        | ۶.۲         | ۵.۷۶   | ۸.۷   | ۱.۰۰  | ۷.۶۹%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۴  | Creatinine ( mg/dl )       | ۱.۴۷        | ۱.۵۰   | ۷.۶۶  | -۰.۲۲ | ۲%     | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۵  | Total Bilirubin ( mg/dl )  | ۱.۵         | ۱.۳۸   | ۲۱.۵۷ | ۰.۵۸  | ۸.۷۷%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۶  | Direct Bilirubin ( mg/dl ) | ۱           | ۰.۸۹   | ۱۹.۵۵ | ۰.۶۵  | ۱۲.۶۱% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۷  | Cholestrol ( mg/dl )       | ۱۶۰         | ۱۵۵.۰۹ | ۵     | ۰.۵۳  | ۳.۱۷%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۸  | Triglyceride ( mg/dl )     | ۱۰۰         | ۱۰۲.۳۳ | ۶.۳۴  | -۰.۳۰ | ۲.۲۸%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۹  | HDL ( mg/dl )              | ۵۰          | ۴۴.۵۰  | ۱۴.۶  | ۱.۰۳  | ۱۲.۳۶% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۰ | LDL ( mg/dl )              | ۸۳          | ۸۲.۹۰  | ۱۱.۸۳ | ۰.۰۱  | ۰.۱۳%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۱ | Albumin ( g/dl )           | ۴.۳         | ۴.۱۵   | ۵.۱۲  | ۰.۵۹  | ۳.۵۶%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۲ | Protein ( g/dl )           | ۶.۵         | ۶.۲۳   | ۶.۸   | ۰.۸۶  | ۴.۳%   | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۳ | ALP ( IU/L )               | ۲۹۸         | ۲۶۵.۸۴ | ۹.۹۵  | ۰.۷۸  | ۱۲.۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۴ | AST ( IU/L )               | ۳۴          | ۳۶.۴۲  | ۷.۹۵  | -۰.۶۶ | ۶.۶۵%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۵ | ALT ( IU/L )               | ۴۰          | ۳۷.۷۷  | ۷.۹۱  | ۰.۵۹  | ۵.۹۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۶ | CPK ( IU/L )               | ۲۶۹         | ۲۴۸.۷۸ | ۸.۹۷  | ۰.۵۴  | ۸.۱۳%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۷ | LDH ( IU/L )               | ۴۴۰         | ۴۰۱.۳۳ | ۶.۳۱  | ۱.۲۰  | ۹.۶۴%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۸ | Amylase ( IU/L )           | ۸۷          | ۸۶.۰۶  | ۶.۹۵  | ۰.۰۹  | ۱.۰۹%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۱۹ | Lipase ( IU/L )            | ۲۸          | ۳۴.۵۲  | ۲۱.۶۵ | -۱.۰۵ | ۱۸.۸۸% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۰ | GGT ( IU/L )               | ۴۶          | ۴۸.۵۸  | ۱۰.۶۸ | -۰.۴۸ | ۵.۳۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |

| #  | Test                 | Your Result | Target | %CV   | SDI   | %Dev   |                        |
|----|----------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|
| ۲۱ | Calcium ( mg/dl )    | ۹.۱         | ۸.۶۴   | ۳.۷۹  | ۱.۰۶  | ۵.۲۹%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۲ | Phosphorus ( mg/dl ) | ۵.۵         | ۵.۰۱   | ۶.۵۲  | ۱.۲۵  | ۹.۷۴%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۳ | Iron ( µg/dl )       | ۱۱۵         | ۱۰۵.۰۱ | ۸.۷   | ۰.۷۹  | ۹.۵۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۴ | TIBC ( µg/dl )       | ۲۶۰         | ۲۷۲.۵۳ | ۱۱.۵۲ | -۰.۳۱ | ۴.۶%   | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۵ | Sodium ( Meq/l )     | ۱۴۰         | ۱۳۸.۹۹ | ۱.۷۶  | ۰.۳۷  | ۰.۷۳%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۶ | Potassium ( Meq/l )  | ۳.۸         | ۳.۸۱   | ۳.۹۴  | -۰.۱۰ | ۰.۳۴%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۷ | Lithium ( Meq/l )    | ۰.۸۵        | ۰.۹۳   | ۱۲.۸۸ | -۰.۸۰ | ۸.۸%   | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۸ | Tf ( µg/dl )         | ۷.۲۱        | ۷.۲۲   | ۱۳.۸۲ | -۰.۰۱ | ۰.۱۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲۹ | TSH ( µU/mL )        | ۱.۴         | ۱.۳۶   | ۱۰.۷  | ۰.۲۴  | ۲.۸۷%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۳۰ | Total PSA ( ng/mL )  | ۷.۹۶        | ۹.۰۹   | ۱۱.۲  | -۱.۲۴ | ۱۲.۴۴% | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۳۱ | Ferritin ( ng/mL )   | ۲۷.۰۰       | ۲۲.۸۵  | ۴۱.۰۲ | ۱.۲۱  | ۱۸.۱۵% | <a href="#">جزئیات</a> |

|          |            |            |              |
|----------|------------|------------|--------------|
| SDI≤۰.۹۹ | ۱≤SDI≤۱.۹۹ | ۲≤SDI≤۲.۹۹ | SDI≥۳        |
| حوب      | قابل قبول  | هشدار      | غیرقابل قبول |



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار



آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۱۲۰

| # | Test                   | Your Result | Target | %CV   | SDI  | %Dev   |        |
|---|------------------------|-------------|--------|-------|------|--------|--------|
| ۱ | Urine Protein ( mg/L ) | ۲۷۰         | ۲۲۹.۳۵ | ۱۹.۸۱ | ۱.۷۷ | ۱۷.۷۲% | جزئیات |

|          |            |            |              |
|----------|------------|------------|--------------|
| SDI≤۰.۹۹ | ۱≤SDI≤۱.۹۹ | ۲≤SDI≤۲.۹۹ | SDI≥۳        |
| حوب      | قابل قبول  | هشدار      | غیرقابل قبول |



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون



آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴BF۴۵۰

| # | Test               | Your Result | Target | %CV   | SDI   | %Dev  |        |
|---|--------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ۱ | PAPP-A ( mIU/mL )  | ۸.۴۴        | ۸.۶۱   | ۱۳.۸۶ | -۰.۱۳ | ۱.۹۲% | جزئیات |
| ۲ | Free βhCG ( IU/L ) | ۱۳۸.۰       | ۱۱۹.۳۸ | ۱۳.۶۳ | ۱.۰۴  | ۱۵.۶% | جزئیات |

|          |            |            |              |
|----------|------------|------------|--------------|
| SDI≤۰.۹۹ | ۱≤SDI≤۱.۹۹ | ۲≤SDI≤۲.۹۹ | SDI≥۳        |
| حوب      | قابل قبول  | هشدار      | غیرقابل قبول |



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴BF۴۵۰

آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲



| # | Test                                  | Your Result | Target | %CV   | SDI  | %Dev   |                        |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|-------|------|--------|------------------------|
| ۱ | AFP ( IU/mL )                         | ۱۰۰.۴۳      | ۹۳.۳۳  | ۱۰.۲۵ | ۰.۵۱ | ۷.۶۱%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۲ | Total hCG ( IU/mL )                   | ۳۵.۹۱۹      | ۳۵.۹۱  | ۱۴.۸۲ | ۰.۰۰ | ۰.۰۲%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۳ | Unconjugated Estriol( uE۳ ) ( ng/mL ) | ۳.۸۶        | ۳.۵۳   | ۱۳.۶۴ | ۰.۶۳ | ۹.۴۴%  | <a href="#">جزئیات</a> |
| ۴ | Inhibin A ( pg/mL )                   | ۵۵۱.۷       | ۵۰۰.۴۱ | ۱۰.۱۸ | ۰.۶۸ | ۱۰.۲۵% | <a href="#">جزئیات</a> |

|          |            |            |              |
|----------|------------|------------|--------------|
| SDI≤۰.۹۹ | ۱≤SDI≤۱.۹۹ | ۲≤SDI≤۲.۹۹ | SDI≥۳        |
| حوب      | قابل قبول  | هشدار      | غیرقابل قبول |