



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۱۱۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose (mg/dl)	۱۱۳	۱۰۵.۰۶	۵.۳۴	۱.۲۶	۷.۵۶%	جزئیات
۲	Urea (mg/dl)	۴۶	۴۴.۹۰	۶.۶۲	۰.۴۳	۲.۴۴%	جزئیات
۳	Uric Acid (mg/dl)	۶.۲	۵.۷۶	۸.۷	۱.۰۰	۷.۶۹%	جزئیات
۴	Creatinine (mg/dl)	۱.۴۷	۱.۵۰	۷.۶۶	-۰.۲۲	۲%	جزئیات
۵	Total Bilirubin (mg/dl)	۱.۵	۱.۳۸	۲۱.۵۷	۰.۵۸	۸.۷۷%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin (mg/dl)	۱	۰.۸۹	۱۹.۵۵	۰.۶۵	۱۲.۶۱%	جزئیات
۷	Cholestrol (mg/dl)	۱۶۰	۱۵۵.۰۹	۵	۰.۵۳	۳.۱۷%	جزئیات
۸	Triglyceride (mg/dl)	۱۰۰	۱۰۲.۳۳	۶.۳۴	-۰.۳۰	۲.۲۸%	جزئیات
۹	HDL (mg/dl)	۵۰	۴۴.۵۰	۱۴.۶	۱.۰۳	۱۲.۳۶%	جزئیات
۱۰	LDL (mg/dl)	۸۳	۸۲.۹۰	۱۱.۸۳	۰.۰۱	۰.۱۳%	جزئیات
۱۱	Albumin (g/dl)	۴.۳	۴.۱۵	۵.۱۲	۰.۵۹	۳.۵۶%	جزئیات
۱۲	Protein (g/dl)	۶.۵	۶.۲۳	۶.۸	۰.۸۶	۴.۳%	جزئیات
۱۳	ALP (IU/L)	۲۹۸	۲۶۵.۸۴	۹.۹۵	۰.۷۸	۱۲.۱%	جزئیات
۱۴	AST (IU/L)	۳۴	۳۶.۴۲	۷.۹۵	-۰.۶۶	۶.۶۵%	جزئیات
۱۵	ALT (IU/L)	۴۰	۳۷.۷۷	۷.۹۱	۰.۵۹	۵.۹۱%	جزئیات
۱۶	CPK (IU/L)	۲۶۹	۲۴۸.۷۸	۸.۹۷	۰.۵۴	۸.۱۳%	جزئیات
۱۷	LDH (IU/L)	۴۴۰	۴۰۱.۳۳	۶.۳۱	۱.۲۰	۹.۶۴%	جزئیات
۱۸	Amylase (IU/L)	۸۷	۸۶.۰۶	۶.۹۵	۰.۰۹	۱.۰۹%	جزئیات
۱۹	Lipase (IU/L)	۲۸	۳۴.۵۲	۲۱.۶۵	-۱.۰۵	۱۸.۸۸%	جزئیات
۲۰	GGT (IU/L)	۴۶	۴۸.۵۸	۱۰.۶۸	-۰.۴۸	۵.۳۱%	جزئیات
۲۱	Calcium (mg/dl)	۹.۱	۸.۶۴	۳.۷۹	۱.۰۶	۵.۲۹%	جزئیات
۲۲	Phosphorus (mg/dl)	۵.۵	۵.۰۱	۶.۵۲	۱.۲۵	۹.۷۴%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
٢٣	Iron (μg/dl)	١١٥	١٠٥.٠١	٨.٧	٠.٧٩	٩.٥١%	جزئیات
٢٤	TIBC (μg/dl)	٢٦٠	٢٧٢.٥٣	١١.٥٢	-٠.٣١	٤.٦%	جزئیات
٢٥	Sodium (Meq/l)	١٤٠	١٣٨.٩٩	١.٧٦	٠.٣٧	٠.٧٣%	جزئیات
٢٦	Potassium (Meq/l)	٣.٨	٣.٨١	٣.٩٤	-٠.١٠	٠.٣٤%	جزئیات
٢٧	Lithium (Meq/l)	٠.٨٥	٠.٩٣	١٢.٨٨	-٠.٨٠	٨.٨%	جزئیات
٢٨	T٤ (μg/dl)	٧.٢١	٧.٢٢	١٣.٨٢	-٠.٠١	٠.١١%	جزئیات
٢٩	TSH (μU/mL)	١.٤	١.٣٦	١٠.٧	٠.٢٤	٢.٨٧%	جزئیات
٣٠	Total PSA (ng/mL)	٧.٩٦	٩.٠٩	١١.٢	-١.٢٤	١٢.٤٤%	جزئیات
٣١	Ferritin (ng/mL)	٢٧.٠٠	٢٢.٨٥	٤١.٠٢	١.٢١	١٨.١٥%	جزئیات

SDI≤٠.٩٩	١≤SDI≤١.٩٩	٢≤SDI≤٢.٩٩	SDI≥٣
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۱۲۰

آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲



#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein (mg/L)	۲۷۰	۲۲۹.۳۵	۱۹.۸۱	۱.۷۷	۱۷.۷۲%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴BF۴۵۰

آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲



#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	AFP (IU/mL)	۱۰۰.۴۳	۹۳.۳۳	۱۰.۲۵	۰.۵۱	۷.۶۱%	جزئیات
۲	Total hCG (IU/mL)	۳۵.۹۱۹	۳۵.۹۱	۱۴.۸۲	۰.۰۰	۰.۰۲%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE۳) (ng/mL)	۳.۸۶	۳.۵۳	۱۳.۶۴	۰.۶۳	۹.۴۴%	جزئیات
۴	Inhibin A (pg/mL)	۵۵۱.۷	۵۰۰.۴۱	۱۰.۱۸	۰.۶۸	۱۰.۲۵%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره اول سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴BF۴۵۰

آزمایشگاه: پارس ۳۶۰.۱۳۲



#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A (mIU/mL)	۸.۴۴	۸.۶۱	۱۳.۸۶	-۰.۱۳	۱.۹۲%	جزئیات
۲	Free βhCG (IU/L)	۱۳۸.۰	۱۱۹.۳۸	۱۳.۶۳	۱.۰۴	۱۵.۶%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول