

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative		ECL	Roche	Negative
HCV Ab	Negative		ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive		ECL	Roche	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۶۷	۱۴۴	۴۳	۱۲۲۶	۱۴
	Positive	۱		۲	۵۶	
	Suspicious				۳	
HCV Ab	Negative	۱۰۷	۱۵۱	۲۵	۱۳۱۷	۱۲
	Positive		۱	۱	۷	
	Suspicious				۱	
HIV Ab	Negative			۱	۱۳	۱
	Positive	۱۰۸	۱۴۴	۴۱	۱۳۲۱	۱۱
	Suspicious		۱			